

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 8.

Tisztelt Ajánlattevők!

Az **ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft**, mint Ajánlatkérő által indított „*Egyedi vákuum kamrák beszerzése HHG nyalábvonalakhoz adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében*” tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőtől az alábbi elkésített kérdés érkezett, mellyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Kérdés:

1. Az optika és az optikát mozgató mechanizmusok is részei a beszállítandók körének?

(Továbbá TOF detector, és egyéb műszerek, melyek az optikához tartoznak, nem a vákuumkamrákhoz?)

Válasz:


Az Ajánlatkérés optikai elemekre nem terjed ki, az Ajánlatkérésben nincsenek optikai elemek. Optikai elemek nem részei a pályázati kiírásnak. Az Ajánlattevőnek a Műszaki Leírás dokumentumban megadott speciális vákuumkamrákra és azok tartozékaira kell árajánlatot készítenie.

Leírásban megadott tartozékokon kívül további eszközök (TOF detektor, egyebek) legyártása nem képezi a pályázati kiírás részét.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2016. 06.03.

Tisztelettel:



Hospital Management Kft.
1125 Budapest, Trencsényi utca 33/b.
Telefon: 224 72 10 Fax: 224 72 19

Tímár László
ügyvezető
Hospital Management Kft.