

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2.

Tisztelt Ajánlattevők!

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft, mint Ajánlatkérő által indított „Nyalábdiaosztikai eszközök beszerzése a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 - GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4) keretében három részben adásvételi szerződés alapján” tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőtől beérkezett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

Kérdések:

3. rész: Nyalábirányítottság mérők

3.3. Diszperziómérő 2000 - 4000 nm

1) Mekkora nyalábátmérőjű nyaláb mérésre kell, hogy képes legyen a rendszer?

Válasz: 10mm nyalábátmérő mérésre kell képesnek lennie.

3.4. Ék alapú kollimáltság tesztelő

1) Az eszköz további leírásánál a következő olvasható: "átmérő: legalább 85 mm". Kérjük szíves visszajelzésüket, hogy a 85 mm az eszköz tiszta apertúrájára vonatkozik, vagy a teljes átmérőre?

Válasz: 85mm átmérő az eszköz tiszta apertúrájára vonatkozik.

2) Az eszköznek legyen része a kiolvasó ernyő is?

Válasz: Igen.

3) Az eszköznek képesnek kell lennie kétirányú (függőleges, vízszintes) kollimáltság ellenőrzésére?

Válasz: Igen.

4) Az eszköz további leírásánál a következő olvasható: "minimum használható nyalábátmérő: legfeljebb 15 mm", mely megfogalmazás nem egyértelmű. Kérjük szíves visszajelzésüket, hogy az eszköz által mérendő nyaláb átmérője nagyobb, vagy egyenlő mint 15 mm?

Válasz: Az eszköz által mérendő nyalábátmérő legkisebb értéke a 15mm-nél nem lehet nagyobb.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2016.06.16.

Tisztelettel:


Hospital Management Kft.
1125 Budapest, Trencsényi utca 33/b.
Telefon: 224 72 10 Fax: 224 72 19

Tímár László
ügyvezető
Hospital Management Kft.