

Tisztelt Ajánlattevők!

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft, mint Ajánlatkérő által indított „Nyalábdiaosztikai eszközök beszerzése a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 - GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4) keretében három részben adásvételi szerződés alapján” tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőtől beérkező elkésett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

**Kérdések:**

**3. rész: Nyalábirányítottság mérők**

**3.1. Autokollimátor**

A példatermekként megadott, D-652 típusú Davidson Optronics által korábban gyártott készülék előállítása megszűnt, így az nem elérhető. A további leírásban paraméterként szereplő legalább 100 mm nyalábátmérőig mérni képes készülékek mérési tartománya jellemzően 10 szögperc, míg a további elírásban "mérési tartomány: legalább 20 szögperc" szerepel.

1) Elfogadható-e a nyalábátmérő 50 mm-re való módosítása a 20 szögperc mérési tartomány megtartásával?

**Válasz: Nem fogadható el.**

2) Elfogadható-e a mérési tartomány 10 szögperce való módosítása a 100 mm nyalábátmérő megtartásával?

**Válasz: Elfogadható, feltéve, hogy a műszaki leírásban előírt további műszaki paraméternek is megfelel.**

3) Ha az autokollimátor készülék képes mindkét (függőleges, vízszintes) irányban azonos időbeni méréssel megadni a mérendő/állítandó szögeltérést, akkor feltétlenül szükséges a 90°-ban elfordítható okulármikrométer tartozék?

**Válasz: Az eszköznek a specifikált mérési tartományon kell működnie, ugyanakkor az eszköz működési módját Ajánlatkérő nem kívánja előírni.**

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2016.07.12.

Tisztelettel:

  
**Hospital Management Kft.**  
1125 Budapest, Trencsényi utca 33/b.  
Telefon: 224 72 10 Fax: 224 72 19

Tímár László  
ügyvezető  
Hospital Management Kft.