

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 1.

Tisztelt Ajánlattevők!

Az **ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft**, mint Ajánlatkérő által indított **„Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 - GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4) keretében négy részben”** tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőktől beérkezett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

1. kérdés: A kérdésünk az „egyéb közbeszerzési dokumentum...”, VII. (Szakmai specifikáció), 1. rész: Fotódiódák és kamerák - következő pontjára vonatkozik:

14. tétel: Infravörös néző (fejre rögzíthető)

Kérdés: az előző tétel - 13. Infravörös néző (kézi) részletesen specifikált, a 14. tételnél Önök csak a hullámhossz-tartományt adták meg, különben hiányzik a specifikáció. Kérem, adja meg a hiányzó paramétereket.

Válasz: A fejre rögzíthető infravörös nézővel kapcsolatban támasztott követelmények megegyeznek a kézi infravörös nézővel kapcsolatos paraméterekkel (13. tétel).

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2016. május 27.

Tisztelettel:



Hospital Management Kft.
1125 Budapest, Trencsényi utca 33/b.
Telefon: 224 72 10 Fax: 224 72 19

Tímár László
ügyvezető igazgató
Hospital Management Kft.