

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 3.

Tisztelt Ajánlattevők!

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft, mint Ajánlatkérő által indított „*Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 - GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4) keretében négy részben*” tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőtől beérkezett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

1. kérdés:

1) 1. kiegészítő tájékoztatás

A 2. számú kiegészítő tájékoztatásuk alapján az 1. rk. 7. és 8. tételénél is színes kamerát szeretnének. A gyártó a 8. tétel esetében időközben megszüntette a kamera színes verzióját. Kérdésünk, hogy ebben az esetben, kizárólag a 8. tételre vonatkozóan megfelelő lenne-e a mono kamera megajánlása, amennyiben az minden más követelménynek megfelel.

Válasz: Ajánlatkérő pontosítja 2. számú kiegészítő tájékoztatás az 1. rk. 7. és 8. tételénél adott válaszát, a következők szerint: Az eredeti műszaki specifikáció nem írja elő az adott beszerzés színes vagy monochrom mivoltát. Ezért a 8. tétel esetében a monochrom verzió is megfelelő, ha minden más követelménynek megfelel.

2. kérdés

Ajánlatkérő **pontosítja** a 2016.06.08-ai keltezésű 2. számú kiegészítő tájékoztatását az alábbi válaszok tekintetében:

2.1) Ajánlati felhívás - III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

b) A felhívás szerint: „A P.1. és P.2. pontban foglalt követelménynek vonatkozásában:…
— több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) elegendő a legmagasabb árbevételi követelménynek megfelelni.

Kérjük visszajelzésüket, hogy jól értelmezzük-e, hogy amennyiben Ajánlattevő mind a négy részben szeretne indulni, elegendő a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevétel tekintetében 105 000 000 HUF-ot igazolni (fotodióda és/vagy kamera gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy ultragyors oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy teljesítménymérők és/vagy energiamérők gyártása és/vagy értékesítése tárgyban.

Válasz: Igen, jól értelmezi atekintetben, hogy több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) elegendő a legmagasabb árbevételi követelménynek megfelelni.

Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja T. Ajánlattevő figyelmét, hogy a tárgyi eljárás közbeszerzés tárgya részenként eltérő! Ennek megfelelően tehát, az ajánlattételnél az árbevétellel kapcsolatos alkalmassági feltételek tekintetében a részenként meghatározott közbeszerzési tárgyra kell figyelemmel lenni. Az ajánlatkérő az alkalmassági feltételek teljesítése körében az adott Rész közbeszerzési tárgyaként meghatározott eszközök értékesítéséből/gyártásából származó árbevételt fogja vizsgálni. Az ajánlattevőnek minden – az ajánlatában megjelölt - Rész tekintetében a kérdéssel érintett alkalmassági feltétel teljesítéséhez azt kell igazolnia, hogy az adott részajánlattal érintett Részre

vonatkozóan a felhívásban meghatározott eszközök értékesítéséből/gyártásából származó bevétele eléri-e az adott Részre meghatározott árbevételi követelményt.

2.2) Ajánlati felhívás - III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

a) A felhívás szerint: M1 pont vonatkozásában:...

Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő az ajánlattétellel érintett legmagasabb referenciakövetelmény mértékének való megfelelést igazolni.

Kérjük visszajelzésüket, hogy jól értelmezzük-e, hogy amennyiben Ajánlattevő mind a négy részben szeretne indulni, elegendő a közbeszerzés tárgyában teljesített referencia tekintetében nettó értékben 105 000 000 HUF-ot igazolni (fotodióda és/vagy kamera gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy ultragyors oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy teljesítménymérők és/vagy energiamérők gyártása és/vagy értékesítése tárgyban.

Válasz: Igen, jól értelmezi atekintetben, hogy több részre történő ajánlattétel esetén elegendő az ajánlattétellel érintett legmagasabb referenciakövetelmény mértékének való megfelelést igazolni.

Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja T. Ajánlattevő figyelmét, hogy a tárgyi eljárás közbeszerzés tárgya részenként eltérő! Ennek megfelelően tehát, az ajánlattételnél a műszaki, szakmai alkalmassági feltétel tekintetében a részenként meghatározott közbeszerzési tárgyra kell figyelemmel lenni. Az ajánlatkérő az alkalmassági feltétel teljesítése körében az adott Rész közbeszerzési tárgyaként meghatározott eszközök értékesítéséből/gyártásából származó referenciamunkát fogja vizsgálni. Az ajánlattevőnek minden – az ajánlatában megjelölt - Rész tekintetében a kérdéssel érintett alkalmassági feltétel teljesítéséhez azt kell igazolnia, hogy az adott részajánlattal érintett Részre vonatkozóan a felhívásban meghatározott eszközök értékesítéséből/gyártásából származó referenciamunkája eléri-e az adott Részre meghatározott követelményt.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy a feltett kérdésre most adott kiegészítő tájékoztatást kell irányadónak tekinteni, az ezzel kapcsolatban korábban adott kiegészítő tájékoztatás ezzel tárgytalanná vált.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2016.06.10.

Tisztelettel:


Hospital Management Kft.
1125 Budapest, Trencsényi utca 33/b.
Telefón: 224 72 10 Fax: 224 72 19

Tímár László
ügyvezető igazgató
Hospital Management Kft.