

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 3.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Az **ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.**, mint Ajánlatkérő az „*Kémiai labor eszközök és műszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében 2 részben*” tárgyban, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt eljárást folytat le.

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 2017. július 3-án küldte meg a kiválasztott gazdasági szereplőknek.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 56. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján – az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. kérdés:

19. tétel: Plazmatisztító:


„Asztali kivitelezés, szabályozható teljesítmény (max. 30W), min. 150 mm átmérőjű és x 170 mm hosszú hengeres kamra, nyitható ajtó kémlelő ablakkal, aktív ventilációs hűtés, áramlásmérővel kombinálható, pirex és kvarcüveg kamrával, reaktív gázokhoz is alkalmas.

Milyen reaktív gázokat használnának?”

Válasz: Oxigéngázt kívánunk használni a reaktív gázok közül.

Szeged, 2017. július 12.

Tisztelettel


Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
DR. HERCZEG ÁGNES
6726 Szeged, Németh András utca 15.
E-mail: herczeg.agnes@yahoo.it
Lajstromszám: 00116
dr. Herczeg Agnes
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó