

Köszö a választ.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 6.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Az **ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft**, mint Ajánlatkérő az „*Kémiai labor eszközök és műszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében 2 részben*” tárgyban, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt eljárást folytat le.

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 2017. július 3-án küldte meg a kiválasztott gazdasági szereplőknek.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 56. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján – az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

2. részajánlati kör - Laboreszközök

1. kérdés: Kérjük visszajelzésüket, a 10. tétel Laboratóriumi pH/vezetőképesség-mérő esetében jól értelmezzük-e, hogy a 0,1; 0,01 és 0,001 pH értékek a készülék felbontását, osztását jelentik?

Válasz: Igen, ahogyan az a műszaki specifikációban is szerepel, a fenti értékek a pH-felbontást jelentik. Ez három (0,1; 0,01 és 0,001 pH-egység) választható felbontást jelent.

2. kérdés A kiegészítő tájékoztatás szerint a 17. tétel esetében 2 különböző hőmérőről van szó, melyeknek árát együttesen kérik megadni. Ennek ellentmond ugyanakkor, hogy egy ún. „Nyilatkozat egységdíjakról” megnevezésű dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlat részeként.

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen ismertetni, mi a helyes eljárás kettő, esetlegesen eltérő árú hőmérő egységárainak feltüntetésekor.

(folytatás a következő oldalon)

Válasz: Amennyiben a két hőmérőnek más az egységdíja, akkor a táblázatot – értelemszerűen – ennek megfelelően kell kitölteni.

Budapest, 2017. július 31.



Tisztelettel

dr. László Áron
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó