

Tárgy: 2. Kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft, mint Ajánlatkérő „Az ELI-ALPS kutatóközpontban működő HR1 lézerrendszer impulzusai összenyomásához eszközök, a HR1 lézerrendszer impulzusai összenyomásához optikák és optomechanikák vásárlása adásvételi szerződés keretében 2 részben.” tárgyban, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt eljárást folytat le.

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 2018. március 2-án küldte meg a kiválasztott gazdasági szereplőknek.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 56. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján – az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

2. Rész: A HR1 lézerrendszer impulzusai összenyomásához szükséges optikák és optomechanikák adásvételi szerződés keretében a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás szerint.

2.1. Ékek, vékony lemezek

Kérjük szíves visszajelzésüket, hogy az UVFS ékes ablakok esetében az él mentén elfogadható-e Ajánlatkérő számára 0,5 mm vastagság?

Válasz:

Igen, a 0,5 mm-es vastagság is elfogadható az UVFS ékek élének vastagságára.

Szeged, 2018. március 26.

Tisztelettel



dr. László Áron
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó